



## **STRONA INTERNETOWA**

**Dotyczy:** Zapytania pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” (nr sprawy WK-I.77.23.2021)

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, w odpowiedzi na zapytanie Firmy, podaje wyjaśnienie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” ( nr sprawy WK-I.077.23.2021).

### **Pytanie 1:**

Czy pod pojęciem „Każda sztuka testu musi zawierać opakowanie na zużyty materiał, które uniemożliwia ekspozycję materiału zakażonego na zewnątrz” oraz w związku z wymogiem możliwości stosowania testów w środowisku poza laboratoryjnym Zamawiający ma na myśli test w którym wymazówkę z zakaźną próbką po ekstrakcji pozostawia się w dwustronnie zakręcaną probówkę z buforem inaktywującym wirusa? Wyjmowanie wymazówki z próbki ekstrakcyjnej generuje efekt aerozolu rozprowadzający zakaźną próbkę, tym samym oznacza konieczność stosowania komór laminarnych/dygestoriów.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, tj. zastosowanie dwustronnie zakręcaną probówkę z buforem inaktywującym wirusa.

Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu testu była możliwość zabezpieczenia zużytego materiału bez narażenia na ekspansję wirusa na zewnątrz.

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry testu zostały potwierdzone w załączonej do oferty metodyce w języku polskim i angielskim?

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający informuje, iż wymaga złożenia wstępnego oświadczenia wykonawcy znajdującego się w załączniku nr 2 „Formularz ofertowy” w „Oświadczeniach wykonawcy”. Zamawiający dopuszcza jednocześnie przedstawienia przez wykonawcę metodyki parametrów testu poprzez np.: wskazanie źródła (np. link do strony internetowej ofertowanego produktu), dołączenie do oferty dodatkowej informacji, itp.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia do SIWZ uwzględnić podczas sporządzania oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do złożenia oferty.

**Komendant**  
**Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Krakowie**  
**z up.**  
**/-/  
bryg. mgr Rafał CZAJA**