



STRONA INTERNETOWA

Dotyczy: Zapytania pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” (nr sprawy WK-I.77.23.2021)

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, w odpowiedzi na zapytanie Firmy, podaje wyjaśnienie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” (nr sprawy WK-I.077.23.2021).

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o przesłanie wymagań Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie testów COVID-19.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje są dostępne na stronie <https://www.aotm.gov.pl/>. Zamawiający wykreśla zapis zaproszenia do złożenia oferty pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 „Przedmiot zamówienia” w „Specyfika techniczna /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/” tiret szóste:
„Test musi spełniać wymagania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.”

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo testy o czułości 97,3%, swoistości 100% i spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zmienia zapis zaproszenia do złożenia oferty pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 „Przedmiot zamówienia” w „Specyfika techniczna /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/” tiret czwarte z.:
„Parametry testu: czułość min. 98%, swoistość: min. 99%.”
na:
„Parametry testu: czułość min. 97,3%, swoistość: min. 99%.”

Pytanie 3:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem mam pytanie odnośnie wymogu, że test musi spełniać wymagania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Gdzie mogą znaleźć te wymagania? Co to są za wymagania?

Odpowiedź na pytanie 3:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia i zmiany do SIWZ uwzględnić podczas sporządzania oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert z dnia 17.08.2021 r. do godz. 10⁰⁰ na dzień 18.08.2021 r. do godz. 10⁰⁰.

**Komendant
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
z up.
/-/
bryg. mgr Rafał CZAJA**